



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

04/09/2019 11:43 - 52446582 - 949 - E.563



00100595038

Sayı : 35277066-949

Konu : OTOKLAV KAPAK CONTASI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (09 / 09 / 2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adi geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	OTOKLAV KAPAK CONTASI	4	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com




OTOKLAV KAPAK CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Bu teknik şartname Hastanemiz sterilizasyon ünitesinde kullanılan Amsco V12-62 otoklav cihazları için alınacak olan Kapak contası teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Kapak contası Amsco marka V-1262 model cihaza tam uyumlu olmalıdır.
2. Contanın ısı dayanımı yüksek olmalı, yüksek sıcaklıkla deforme olmamalıdır.
3. Contalar otoklav iç conta çeperine tam oturmalı uzunluğu uygun olmalıdır.
4. Contalar takıldıktan sonra cihazda herhangi bir kaçak olmamalı, leak testinden geçmelidir.
5. Contalar cihaza takıldıktan sonra kapak hareketlerini bozmamalı, açılırken yada kapanırken sıkışma yapmamalıdır.
6. Contalar cihazın orijinal parçası olmalı, cihazın fonksiyonlarında ve çalışmasında herhangi bir aksaklığa ve eksikliğe yol açmamalıdır.
7. Numuneler cihaz üzerinde denenecek ve uygunluğuna karar verilecektir.


Emirhan Hacıoğlu
29.08.2019

Ayşe FERİYE
Hacıoğlu
29.08.2019



Adem ARALACI
Sağlık memuru