



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

18/09/2019 10:05 - 52446582 - 949 - E.595



00101554599

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Yük Kontrol Test İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 20/09/2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Mehmet TATLICI
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YÜK KONTROL TESTİ.	1.000	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden d80c284e-6ab2-4cd4-88e7-845441aad140 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

YÜK KONTROL TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İndikatörün kimyasalı toksik malzeme ve kurşun içermeyecektir.
2. Otoklavda ısı, zaman, doygun buharı kontrol etmelidir.
3. Buhar otoklavı sterilizasyonu yük kontrolü amaçlı kullanılmalıdır.
4. Otoklava girdikten sonra sterilizasyon olumlu ise indikatör üstündeki şeriti renk değiştirmelidir.
5. Stribin renk değişimi en az 6 ay süreyle saklanabilmelidir.
6. Test indikatörü her denemede değişmelidir.
7. Her 400 indikatörle birlikte 1 adet test aparatı ücretsiz verilmelidir. Aparatın bozulması veya birimin ihtiyaç duyması halinde yeni bir aparat ücretsiz olarak verilmelidir.
8. Yükleme ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda takip edilmesi için renk değişim skalası yüklenici firma tarafından verilmelidir.
9. Kutusunun üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kutu içeriği ve üretici firma bilgileri yer almalıdır.
10. İhalede ürün numunesi verilmelidir. Numune denendikten sonra karar verilecektir.

Remzi ERCEL



Mehmet Gündoğmuş

