



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

18/09/2019 09:37 - 52446582 - 949 - E.590



00101510090

Sayı : 35277066-949

Konu : YATAK KORUYUCU KILIF

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( ~~30~~ 20 / 09 / 2019 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç ~~1.20~~ (Yüzü) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YATAK KORUYUCU KILIF	30	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 43c4e813-5e81-468e-a51f-a12626aad2de kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## YATAK KILIFI ( ÇOCUK ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

**KAPSAM :** Bu teknik malzeme çocuk servisi için gereklidir. Yatak kılıfı yüklenici firma tarafından temin edilecek malzemenin denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

**GEREKÇE :** Acil ihtiyaçtır.

**ADET :** 30 Adet.

## YATAK KILIFI ( ÇOCUK ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PU kılıf 50 yıkamaya kadar dayanıklı olacaktır. Kılıfın üzerinde alev almaz, nefes alabilir, anti baktariyel, sıvı geçirmez ve CE simgeleri olacaktır.
2. Poliüretan yatak kılıfı anti baktariyel, sıvı geçirmez, nefes alabilir ve antidekübit özellikte olup hastayı terletmez ve böylece uzun süre yatan hastalarda dekübitus yaralarının oluşumunu engelleyecektir.
3. Kılıf, gözenekli bir yapıya ve nefes alma özelliğine sahip olacaktır.
4. Kılıf max.95 C de çamaşır makinesinde yıkanabilir 121 C de otoklavlanabilir özellikte olacaktır.
5. Poliüretan yatak kılıfı, PVC esaslı hiçbir madde içermez.
6. Kılıf, insan sağlığına zarar asrenic, lead, cadmium, choromium, cobalt, nicel, mercury, antimony gibi kimyasalları barındırmayacaktır.
7. Kılıf dış yüzeyi kolayca çıkarılabilmesi için 3 tarafı fermuarlı olarak hazırlanacaktır. Kılıfta bulunan kapaklı fermuar yapısı sayesinde sıvının fermuar sisteminden içeri nüfus etmesi engellenecektir.
8. PU kılıf kan ve vücut sıvılarını geçirmeme özelliğine sahip olacaktır.
9. Boyutları 70\*140\*12 cm olacaktır.

## GARANTİ ŞARTLARI

Ürün teslim süresinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Birim Sorumlusu  
Vahdet TUZSUZOĞLU

MUSTAFA TUZSUZOĞLU  
MUSTAFA  
HEZ

Musa KÖR  
Hemşire

M.K.

Gökhan GÜNGÖR  
Hemşire

G.G.