



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/10/2019 11:26 - 52446582 - 949 - E.628



00102920320

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM BİYOMİKROSKOP AMPULÜ HALOJEN 12 VOLT ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**09 / 10 / 2019**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **12.09.2019** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

| Sıra | Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
|------|--|--------|-------|--------------------------|--------------|
| 1 | BİYOMİKROSKOP AMPULÜ HALOJEN 12 VOLT 50 WATT | 20 | ADET | | |
| | | | | TOPLAM(KDV HARİÇ) | |

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 6a778376-6575-4109-b193-ff548f032f55 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**BIYOMİKROSKOP AMPULÜ HALOJEN 12 VOLT 50 WATT
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesinde kullanılan İnami marka biyomikroskop cihazları için alınacak olan teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ampuller İnami marka L-0185 model cihaza tam uyumlu olmalıdır.
2. Ampuller 50watt 12 volt olmalıdır.
3. Duy tipi P44s olmalıdır.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecek olup uygunluk kararı verilecektir.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Müdürlüğü
(30.09.2019)

Süleyman FERMANCI
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Depo Birimi
Tıbbi Sekreter