



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

04/10/2019 11:26 - 52446382 - 949 - E.629



00102920506

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 Kalem Tıbbi Sarf Alımı

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( 09 / 10 / 2019 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilmiş muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SERVİKAL SERKLAJ SÜTURU/MERSİLEN/POLYESTER TAPE	24	ADET		
2	ULTRASONİK KOAGÜLASYON VE KESME CİHAZI EĞRİ MAKAS	2	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 0ac535d9-c704-43a3-a6f4-79cd810924a8 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KİLİS DEVLET HASTANESİ

**MERSİLEN TAPE SÜTUR- KOAGÜLASYON EĞRİ MAKASI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**2019**

### 1-) MERSİLEN TAPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### A. KONU

Bu teknik şartname hastanemiz doğumhane için kullanılması zorunluluk arz eden mersilen tape 1 kalem alım işini kapsar.

#### B. GEREKÇE

Servikal Yetmezlik için yapılan serklaj ameliyatında kullanılacaktır.

#### 1-1)TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme polyester imal edilmiş olmalıdır.
- Servikal yetersizlikte kullanım için üretilmiş olmalıdır.
- Malzeme multifilaman olmalıdır.
- Gama ışını ile sterilize edilmiş olacaktır.
- Beher kutu üzerine Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ruhsat tarihi,nosu,TSE logo ve TSE numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.
- Cerrahi iplik lullanım anına kadar, sterilite bozulmayacak şekilde ambalaşlanmıştır olmalıdır.
- Kutu poşet üzerinde son kullanma tarihi, lotno,ürün barkodu ve ürün kodu olmalıdır.
- Teklif mektubu ile beraber inceleme inceleme için numune getirilmelidir.
- Çift iğne olmalıdır. İğneler özel alaşımli paslanmaz çelikten mamul olmalı,48 mm,1/2 yuvarlak, bluntpoint (künt uçlu) olmalıdır.
- Kullanım esnasında iğne iplik bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.
- İplik (Tape-şerit) uzunluğu en az 30 cm, genişliği 5mm olmalıdır.
- Malzemenin raf ömrü en az beş yıl olmalıdır.
- İğnenin portegü içinde stabil kalabilmesi için uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- Teklif verilecek ürünün direkt hasta sağlığı ile ilgili olması ve işin niteliği nedeni ile ürünün tensil kuvveti değerleri ve ürünün kullanımı ile ilgili tüm belge,bilgi ve referanslar sunulmalıdır.

24 adet (2 kutu)

Opr. Dr. Hüseyin AKSOY  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Diyadin No: 101922

Opr. Dr. Hüseyin KURT  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Diyadin No: 145161

DOKU UYUMU TEKNOLOJİSİNE SAHİP ULTRASONİK KESME KOAGÜLASYON EĞRİ  
MAKASI –36 CM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Koagülasyon makası çok yönlü kullanılmalı; kesme, koagülasyon, diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
4. Koagülasyon makası çapı 5 mm'ye kadar olan vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir.
5. Koagülasyon makası mekanik enerji ile dokulara minimum termal hasar vermelidir. Bunun için aletin ucu, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için  $55,5 \pm 2$  kHz frekansla , 60-100 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Koagülasyon makası Şaftı,  $5 \pm 0.5$  mm çapında olmalıdır.
7. Koagülasyon makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilirdir.
8. Koagülasyon makasının ucu anatomik yapı ile uyumlu, doku yapışmasını önleyici materyal ile kaplı eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir 'pad'den oluşmalıdır.
9. Şaft, kullanıldığı ameliyatta ergonomi ve erişim sağlayan optimum uzunlukta –en az 36cm- olmalıdır.
10. Koagülasyon makası sadece GEN11 cihazı ile çalışmalıdır.
11. Koagülasyon makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayan 'Doku Uyumlu Teknolojisine' sahip olmalı ve bu teknolojinin jeneratör tarafından sesli geribildirim özelliğini ilk kullanımda desteklemelidir.

*Zodet.*

Op. Dr. Ayhan AKSOY  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.  
Dip. Tes. No : 101922

Op. Dr. Hüseyin KURT  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.  
Dip. Tes. No : 145161