



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

04/10/2019 11:26 - 52446582 - 949 - E.630



00102920682

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 Kalem Tıbbi Sarf Alımı İşi

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( 09/10 / 2019 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka / Model/ UBB / SUT :

**TEKLİFLER**

| Sıra | Cinsi  | Miktar | Birim | Birim Fiyat              | Toplam Tutar |
|------|--|--------|-------|--------------------------|--------------|
| 1    | PYR TESTİ  | 1      | KUTU  |                          |              |
| 2    | PETRİ KABI PLASTİK   | 500    | ADET  |                          |              |
| 3    | HEMOLOK KLİPS (ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-L | 20     | ADET  |                          |              |
|      |  |        |       | <b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b> |              |

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KİLİS DEVLET HASTANESİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI SARF MALZEMESİ TEKNİK  
ŞARTNAMESİ

2019

Uzm. Dr. Mustafa KÜLA  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127820

Uzm. Dr. Akın AKGÜL  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127855



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

### PLASTİK PETRİ KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Petri kutuları tek kullanımlık olmalıdır.
2. Polistrenmalzemededen imal edilmiş olmalıdır.
3. Petri kutuları jelatin ambalaj içerisinde ve gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
4. 60 mm x 15 mm ebatlarında olmalıdır.

| MALZEME ADI                            | BİRİM DEĞERİ | İSTENİLEN MİKTARI |
|--|--------------|-------------------|
| 60 mm x 15 mm'lik plastik petri kutusu | 1 adet       | 500               |

### PYR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test kiti, streptokok ve enterokoklardaki PYR'ase aktivitesini tespit etmek için hızlı kolorometrik yöntem olmalıdır.
2. Sonuçlar 20-30 saniye içerisinde pozitif reaksiyonlar renk değişimi ile alınmalıdır
3. Test kartları alüminyum poşetler içerisinde yer almalıdır.
1. Kitin içerisinde açılmış poşetlerin nem almasını engellemek için kapatma klipsleri bulunmalıdır. Teslim tarihinde en az 15 ay miyadlı olmalıdır.
4. Test kiti içerisinde bütün kullanılacak reaktifler mevcut olmalıdır.
5. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş oldu UBB kaydı olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.

| MALZEME ADI | BİRİM DEĞERİ     | İSTENİLEN MİKTARI |
|-------------|------------------|-------------------|
| PYR testi   | 60 test'lik kutu | 1 kutu            |

Uzm. Dr. Mustafa KULA  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127820

Uzm. Dr. Akın AKGÜL  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127855

## LAPAROSKOPİK KİLİTLİ HEMOLOK XL KLİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Klipsin bileşimi insan vücuduna hiçbir yan etkisi tespit edilmeyen absorbe olmayan materyalden olmalıdır.
2. Klipsler tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
3. Klipsler gereç açık cerrahide gerek ise laparoskopik cerrahide uygun uygulayıcılar ile sorunsuz kullanılabilmelidir.
4. Klips tam kapama sağlayan yapıda olmalıdır.
5. Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
6. Klipsin iç kısmında kaymayı engelleyen entegre edilmiş dişler bulunmalıdır.
7. Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen özellikte olmalıdır.
8. Klips kartuşlarının alt kısmında ameliyat eldiveni, ameliyat elbisesine veya örtüye irtibatlandırmayı sağlayan yapışkan bant bulunmalıdır.
9. XL (extra büyük boy) klipsler 5,0 – 16,0 mm arasındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellikler orijinal katalog'da gösterilmelidir.

Op. Dr. Mehmet Ali MELİK  
Genel Cerrahi Uzman  
Diyadin

Uzm.Dr. Eyyüp Mehmet  
KILINÇ  
Genel Cerrahi Uzm.  
Diyadin No:136322