



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRMİ

04/10/2019 11:41 - 52446582 - 949 - E.633



00102909722

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Yetişkin, Ultrasonik Nebülizatör Cihazı Alım İşi

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç

09.10.2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

**e-imzalıdır.**  
**Mehmet TATLICI**  
**İdari ve Mali İşler Müdürü**

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YETİŞKİN, ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR CİHAZI (SOĞUK BUHALE)	3	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 8ea700a6-99f5-4d78-b81a-7a54ab4647db kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## SOĞUK BUHAR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**KAPSAM:**Bu teknik malzeme Çocuk servisi için gereklidir.Soğuk buhar cihazı yüklenici firma tarafından temin edilecek malzemenin denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

**GEREKÇE:**Acil İhtiyaçtır.

**ADET :** 3 Adet

### SOĞUK BUHAR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz,yetişkin ve pediatrik hastalarda soğuk buhar üretmek ve ilaçların nebulizasyonu amacı ile kullanmaya uygun olmalıdır.
2. Cihaz 220/50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
3. Sıvı haznesi şeffaf ve kırılmaya dayanıklı olup kolayca çıkartılıp takılabilir özellikte olmalıdır.
4. Su haznesinde suyun azalması veya bitmesi durumunda yada su haznesinin yerinden çıkartılması durumunda,kristalin yanmaması için, tercihen cihaz kapanmalı ,opsiyonel olarak alarm vermelidir.
5. Cihaz üzerinde havadaki tozları ve bakterive virüsleri tutma özelliğine sahip filtreler bulunmalıdır.
6. Cihazın hasta ile temas eden kısımları otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Sistem ikisi kilitlenebilen,tekerlekli standı ile istenilen yere rahatlıkla götürülebilmeli ve sabit hale getirilebilmelidir.Bunun yanın da,standında bulunan flexible tutucu kol sayesinde aerosol hortumu her yöne rahatlıkla çevrilebilmelidir.
8. Cihaz 72 saat aralıksız çalışabilen ,aerosol performansı(aerosol hale getirdiği sıvı miktarı)en az 0.86ml/dk ile 2,5ml/dk arasında ayarlanabilmelidir.
9. Sistem su haznesi tekrar kullanılabilir,dezenfektanlar ile temizlenebilir ve en az 750 ml kapasiteli olacak,ek olarak cihazda belseme kabı olarak 1L lik infüzyon şişesi bulunacaktır.
10. Sistem su takviyesini besleme kabından yaparken su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
11. Sistem 3,5 kg dan ağır olmamalıdır.
12. Cihaz da tercihen timer sistemi olmalı,ayarlanmış zaman bittiğinde kendiliğinden kapanabilmelidir.
13. 60 dk ya kadar ayarlanabilir timer (0,15,30,45,60) 4 fonksiyonlu alarm ile çalıştırılabilmelidir.

### GARANTİ ŞARTLARI

Ürün teslim süresinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Muşa KÖR  
Hemşire

MASKA TUSEZİTİ  
✓