



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

17/10/2019 12:33 - 52446582 - 949 - E.662



00103802436

Sayı : 35277066-949

Konu : CERRAHİ ROD MAKASI ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **22 / 10 / 2019** ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	CERRAHİ ROT MAKASI	3	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	


Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KİLİS DEVLET HASTANESİ

**ROD MAKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**  
**2019**

## CERRAHİ ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cerrahi aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin teknik şartnameye cevap metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- 2- Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletler teklifte belirtilecektir.
- 3- Cerrahi aletler en az 134 C 'lik buharlı otoklav ve gaz sterilizasyonu ile steril edilebilmeli ve sağlamlığını sürdürmelidir. TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında Akredite bir kuruluştan alınmış ISO 11737-2 standardında Sterilite raporu ve biyolojik yük deney raporu olmalıdır. Cerrahi aletlerin sterilizasyon esnasındaki yüksek ısı değişikliği nedeni ile korozyona uğramaması ve aletlerde standardizasyonun sağlanabilmesi için teklif edilen tüm ürünlerin aynı marka olması ve grubun tamamına teklif verilmesi gerekmektedir. Verilen tekliflerde kısım bütünlüğü değil grup bütünlüğü kabul edilecektir.
- 4- Cerrahi aletler her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve TSE 5172 EN 13402:2003-04 standartına göre TSE EN ISO/IEC 17025 standartlarında akredite bir laboratuvara yaptırılmış korozyon deney raporu ve ayrıca otoklav dayanım testinde sahip olmalıdır. Akredite laboratuvarlardan alınmış noter onaylı test raporları ihale dosyasında yer almalıdır. Laboratuvarları akredite olmayan KOSGEB ve Üniversitelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarından alınmış test raporları kabul edilmeyecektir.
- 5- Cerrahi aletler işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden (Mikro Aletler Hariç) azami olarak 19 cm ve altı aletlerde 1 cm +/- fark olmalı 20 cm ve üzeri aletlerde ise 2 cm +/- olmalıdır. Ancak bu farklılık aletin ana işlevini gören uç kısmında ( Mikro Aletler hariç) ise +/- % 5 olmalıdır. Mikro aletlerde ölçüler istenilenin aynısı olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
- 6- Seramik kaplama ürünlerde paslanmaz çelik üzerine en fazla 15 mikron kalınlığında siyah renkte TiAlN (titanyum Alüminyum Nitrür) ya da benzeri plazma yöntemi ile yapılmış kaplama bulunmalıdır. Kaplama aletlerin yeniden kullanımı sırasında maruz kalacakları ısı, nem ve kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- 7- Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun akredite laboratuvarlardan alınmış Rockwell sertlik deney raporu ile belgelendirilmiş olmalıdır. Rockwell sertlik standartlarına göre testi yapılmış ürünün, Rockwell sertlik standartlarına göre sertlik değerleri; kesici aletler için 50-58 HRC, tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olmalıdır. Laboratuvarları akredite olmayan KOSGEB ve Üniversitelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarından alınmış test raporları kabul edilmeyecektir.



						Katalog	
						sayfa no	

- 14- Yüklenci firma teklif ettiđimarka ve ürüne ait bakım,saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu muayene ve kabul sırasında verecektir.
- 15- İstekli firmalar ihale uhdesinde kalması durumunda TC. Sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genel hükümlerince teslim edilecek ürünlerin verimliliğini artırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az iki personele 1 gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verilecektir. Bu hususlarla ilgili tüm istekli firmalar teklif dosyalarında taahhütname vereceklerdir.
- 16- Cerrahi aletler fabrikasyon,malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl parça dahil garantili olacaktır.Garanti üretici,temsilci ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir.Ücretsiz garanti bitiminden sonra,üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma ,en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında servis hizmeti verecektir.
- 17- Bağlantı yerleri yivli vidalı olmalıdır.
- 18- Ağız kesici kısmı tungusten carbid(hard metal) olmalıdır ve ağız kısmında mukavemete dayanıklı şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
- 19- Boy uzunluğu 46 cm olmalıdır.
- 20- 5 mm'e kadar paslanmaz çelik tel kesmelidir.

Op. Dr. Furkan SARSLI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dip. Tes. No 121814

Op. Dr. Engin BAYLAR  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dip. Tes. No 124093

Op. Dr. Mehmet Emin DADA  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dip. Tes. No 169319