



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

17/10/2019 12:34 - 52446582 - 949 - E.670



00103804615

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 Kalem Merkezi Gaz Sistemine Yedek Parça Alım İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 22./10./2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SF 36 HAVA BAKTERİ FİLTRESİ İÇ KISMI	12	ADET		
2	VAKUM BAKTERİ FİLTRESİ İÇ KISMI	4	ADET		
3	NEM VE TOZ TUTUCU CAM BRONZ FİLTRE	4	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b32ad30e-fc17-410f-a2e6-1827e5799d08 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



**MERKEZİ GAZ SİSTEMİ SANTRALLERİ BAKIMI YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Hastanemizdeki mevcut Medikal Basıncılı Hava ve Medikal Vakum Santrallerin yıllık bakımı için aşağıdaki yedek parçalara ihtiyacımız vardır. Cihazların yüksek verim ve performanslı çalışabilmesi için yedek parçaların orijinalleri ile aynı olmalıdır. Dolayısıyla yedek parça teminini üstlenen firmanın hastanedeki sistemlerin üretici firması tarafından yedek parça temini, bakım ve servis için yetkilendirilmiş olması gerekmektedir ve yetki belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.

Santral Bakımı Yedek Parça Listesi		
1	Kimyasal Nem Tutucu Filtre Partikülü	45 Tk.
2	SF 36 Hava Bakteri Filtresi İç Kısım	4 Ad.
3	PF 36 Hava Bakteri Filtresi İç Kısım	4 Ad.
4	CF 36 Hava Bakteri Filtresi İç Kısım	4 Ad.
5	Vakum Bakteri Filtresi İç Kısım	4 Ad.
6	Nem ve Toz Tutucu Cam Bronz Filtre	4 Ad.
7	Kimyasal Tip Kurutucu Çekvalfi	4 Ad.
8	Kimyasal Tip Kurutucu Selenoid Valf Normalde Kapalı (24 DC)	8 Ad.
9	Azotprotoksit Santrali Kollektör Çekvalf Tamir Takımı	10 Ad.

• **Kimyasal Nem Tutucu Filtre Partikülü**

Hava Santrali Kimyasal tip kurutucuda kullanılmalıdır. Hastaneye verilecek olan medikal havanın nemini alarak kurutulmasını sağlamalıdır. Taneceklili yapıda olmalıdır. Kimyasal özelliği A/203 %93 Si O2 Fe 203 %0.02 5-8mm BS5682 sti olmalıdır. % 17-19 Nem emme özelliğine sahip olmalıdır. Kimyasal Nem Tutucu Partiküller ile birlikte 150x3 Oring ve 4 adet filtre verilmelidir.

• **Nem ve Toz Tutucu Cam Bronz Filtre**

Kimyasal kurutucu içerisindeki nem tutucu partiküllerin bozulup toz haline geçmeleri durumunda sisteme gitmesini engellemek için, toz parçacıklarının ve suyun filtre edilmesini sağlamalıdır. Parçacıkların filtrelere geçmesini engellemelidir. Filtreler ISO 8573 Class 1.3.1. özelliğinde havayı hastane tesisatına verebilmelidir. Hastanedeki mevcut kimyasal tip hava kurutucusuna uygun olmalıdır.

• **Vakum Bakteri Filtresi İç Kısım**

Hastane vakum hattından gelebilecek bakteriler gibi zararlı maddelerin tank içerisine girmesini ve dış ortama atılmasını engellemek için kullanılacaktır. Filtreler %99,998 verimliliğinde çalışması gerekmektedir. Filtre Vakum Tankı ile servisler arasında olması gerekmektedir. Hastanedeki mevcut bakteri filtresi haznesine uygun olmalıdır.

• **Solunabilir Hava Bakteri Filtreleri(SF-PF-CF)**

Hastane tesisatına ve cihazlara su, yağ ve bakteri gibi zararlı maddelerin girmesini engellemelidir. Su Filtresi 1 mikron, Yağ Filtresi 0.01 mikron ve Aktif Karbon Bakteri filtresi 0,01 mikron olmalıdır. Hava Filtresi servisler ile Hava Santrali arasında olmalıdır. Filtreler ISO 8573 Class 1.3.1. özelliğinde havayı hastane tesisatına verebilmelidir. Hastanedeki mevcut solunabilir filtre haznesine uygun olmalıdır.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi
(08.10.2019)