



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

23/10/2019 15:06 - 52446582 - 949 - E 682



00104269068

Sayı : 35277066-949

Konu : ETİLEN OKSİT CİHAZI BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ ALIM

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (28/10 / 2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ETİLEN OKSİT CİHAZI BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ	150	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

ETİLEN OKSİT CİHAZI İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Azaltılmış inkübasyon süresi (RIT) koşullarına göre;biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu kesin ve net olarak 4 saat içinde göstermelidir.
- 2)Biyolojik indikatörlere ilişkin ISO kalite standartlarına uyumlu olmalıdır.
- 3)Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren,bakteri bariyerli,hidrofobik filtreli,delikli ve polipropilen olmalıdır.
- 4)İndikatör oksijenli solunum veya geçici oksijenli solunum yapan sporları bazen kaynama derecelerinde birkaç saat dayanabilir gram pozitif bir bakteri içermelidir.
- 5)İndikatör elimizdeki cihaza uygun olmalıdır.
- 6)Ürün paketinde üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 7)Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

Gonca Yazıcı



Hemşire
İpek Özbek

Hemşire
Esra Fakı