



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

05/11/2019 10:04 - 52446582 - 949 - E.699



00105053875

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 KALEM ALIN LAMBASI LED VE , 0 VE 70 DERECE OPTİK ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

08/11/

2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ALIN LAMBASI LED	3	ADET		
2	0 DERECE OPTİK	3	ADET		
3	70 DERECE OPTİK	2	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden e57f415d-a95f-4a71-9641-1f34c6638e99 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



LED IŞIKLI BAŞA TAKILABİLİR ALIN IŞIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alın ışığı kafayı yandan ve üstten kavrayan bir baş bandına monte edilmiş kablo ve ışığın çapını ayarlamaya yarayan optik sistemlerden oluşmalıdır.
2. Yüksek kalitede parlak ve homojen beyaz ışık ile düşük seviyede ısı veren led sistemine sahip olmalıdır.
3. Cihaz 250 mm çalışma mesafesinde 50.000 lüks aydınlatma sağlamalıdır. Led'lerin renk ısısı 4500 k olmalıdır.
4. Led'lerin çalışma süresi yaklaşık 50.000 saat olmalıdır.
5. Cihazın 420 mm çalışma alanındaki ışık çapı 30mm-80mm arasında kolay bir şekilde ayarlanabilmelidir.
6. Cihazın kafa bandının üzerinde ışık şiddetini artırıp-azaltan aynı zamanda açma-kapama işlemini yapan bir düğmesi olmalıdır.
7. Cihaz koaksiyal aydınlatma sayesinde, gölgesiz görüntü ile görülmesi zor alanların mükemmel aydınlatılmasını sağlamalıdır.
8. Cihaz baş bandının ön, arka ve üst tarafında bulunan yumuşak destekler ile uzun operasyonlarda kullanım rahatlığı sağlamalıdır.
9. Cihaza opsiyonel olarak daha sonra binoküler lup ve HD kamera takılabilmelidir.
10. Cihaza opsiyonel olarak kontrastı arttıran polarizasyon filtresi ve mavi ışığı azaltan sarı filtre takılabilmelidir.
11. Cihaz baş bandına takılabilen güç kaynağı ile kablosuz çalışabilmelidir.
12. Cihazın güç kaynağı 2 saatte tam şarj olmalıdır. Cihaz tam şarjda kesintisiz 3.5 saat çalışabilmelidir. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
13. Cihazın güç kaynağı üstünde bulunan 5 adet led ile şarj durumu sürekli izlenebilmelidir.
14. Güç kaynağının içinde Lithium polymer tip pil olmalıdır.
15. Cihazın renk çevirim index'i CRI en az 90 olmalıdır.
16. Cihaz 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşınmalıdır.

T.C.S.B.KİLİS DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Ahmet Görkem YASAK
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No : 759012

Op. Dr. Hasan GÖÜR
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kulaç Burnu Hastane Uzmanı
Dip. Tes. No : 16911

Op. Dr. Özden ERASLAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 148454

Op. Dr. Nuri İbrahim TİRTİP
KİLİS DEVLET HASTANESİ
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 148454

Op. Dr. Nuri İbrahim TİRTİP
KİLİS DEVLET HASTANESİ
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 148454



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

70 DERECE KBB OPTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 70 Derece olmalıdır.
2. Teleskoplar geniş açılı olmalıdır.
3. Teleskoplar rigid olmalıdır.
4. Camera head ile uyumlu olmalıdır.
5. Teleskopun uzunluğu 18 cm ve çapı 10mm olmalıdır.
6. Teleskoplar otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
7. Klinikte bulunan ışık kaynaklarına ve stroboskopi cihazlarına da uygun olmalıdır.
8. Optik dahili ışık taşıyıcı fiber optik kablo sistemine sahip olmalıdır.

T.C.S.B.KİLİS DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Ahmet Görkem YASAK
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 159012

Op. Dr. Hasan GÖRÜR
KİLİS DEVLET HASTANESİ
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 159117

Uzm. Dr. Özden ERASLAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 140454

Op. Dr. Nihat Mahmut
KİLİS DEVLET HASTANESİ
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 159117



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

0 DERECE KBB OPTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 0 Derece olmalıdır.
2. Teleskoplar geniş açılı olmalıdır.
3. Teleskoplar rigid olmalıdır.
4. Camera head ile uyumlu olmalıdır.
5. Teleskopun uzunluğu 18 cm ve çapı 10mm olmalıdır.
6. Teleskoplar otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
7. Klinikte bulunan ışık kaynaklarına ve stroboskopi cihazlarına da uygun olmalıdır.
8. Optik dahili ışık taşıyıcı fiber optik kablo sistemine sahip olmalıdır.

T.C.S.B.KİLİS DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Ahmet Görkem YASAK
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No : 158012

Op. Dr. Hasan GÖRÜR
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Dip. Tes. No : 159117

Op. Dr. Özden ERASLAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 140454

Op. Dr. Mehmet Fatih
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Dip. Tes. No : 159117