



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

05/11/2019 10:03 - 52446582 - 949 - E.697



00105052899

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 Kalem Burun Tamponu ve Spinal İğne Alımı İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (08/11/2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzylirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	BURUN TAMPONU SİLİKONLU/BORULU-ÇİFTLİ	100	ADET		
2	SPİNAL İĞNE 20G (QUİNCKE UÇLU) SARI-SİYAH	100	ADET		
3	SPİNAL İĞNE 22G (SİYAH)	100	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

BURUN TAMPONU SİLİKONLU – SPİNAL İĞNE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2019

BURUN TAMPONU ÇİFTLİ SİLİKONLU/BORULU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Splint % 100 silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Airway' li olmalıdır.
3. Her pakette 2 adet olmalıdır.
4. Silikon olduğundan buruna yapışmamalıdır.
5. Dikiş atılabilmesi için alt kısmında 2 adet delik olmalıdır.
6. Burundan rahat çıkarılabilmesi için airway' inde çentik bulunmalıdır.
7. İhale öncesi numune satın alma komisyonuna teslim edilecektir.
8. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığında onayı olmalı ve TITUBB belgesi olmalıdır.

Op. Dr. Hasan GÖRÜR
KİLİS İL SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS İL SAĞLIK BAKANLIĞI
Dok. No 1591

Dr. Nurettin TÜRE
KİLİS İL SAĞLIK BAKANLIĞI
Dok. No 1591

20-22 QUINCKE (KESKİN UÇLU) SPİNAL İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sarı - siyah

1. İğne ucu Quincke tip bileme olmalıdır.
2. Ponsiyon kontrolü için şeffaf hup bağlantısı olmalıdır.
3. Şeffaf hup, luer lock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır.
4. Renk kodlu mandrenli olmalıdır.
5. İğne ile şeffaf hup bağlantısı renkli olmalı, bu sayede gauge ölçüsü stiletsiz de fark edilebilmelidir.
6. İğne ²⁰22 gauge (siyah) ölçülerinde olmalıdır.
7. İğne uzunluğu 90 ± 2 mm olmalıdır.
8. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj tipi blister veya kulaklı poşet olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihleri, seri numarası, CE işaretlemesi, firma ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.
10. Ürün T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve üründe "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi olmalıdır.
11. Ürün Kullanma talimatı ve zorunlu uyarılar Türkçe olmalıdır.
12. Bu teknik şartname muhteviyatında bahsi geçen (G) gaugelar ISO 9626 standardına uygun üretilmiş olmalıdır
13. Ürün steril olup, son kullanma tarihi itibari ile en az 4 yıl olmalıdır.

Uz. Dr. Servet KILIÇ
KAYSERİ DEVLET HASTAHANASI
Siyah - Sarı

Emine KILIÇ
Kilis Devlet Hastanesi
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Sicil No : 57730