



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

05/11/2019 10:04 - 52446582 - 949 - E.701



Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM BLOK ARŞİV DOLABI VE LAM ARŞİV DOLABI ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç

08.11.2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

**e-imzalıdır.**

**Mehmet TATLICI**

**İdari ve Mali İşler Müdürü**

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	lam arşiv dolabı	2	ADET		
2	blok arşiv dolabı	10	ADET		
			<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 39c67309-aa01-4e30-94d2-29a02c84a122 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## PATOLOJİ BLOK ARŞİV DOLABI

1. Patoloji laboratuvarında blokların arşivlenmesi amacıyla kullanılacaktır.
2. Bir dolap 10 çekmecedan oluşmalıdır.
3. Her çekmece 12 sıraya bölünmüş olup 480-500 blok almalıdır.
4. Dolap en az 0,80 mm DKP sacdan üretilmiş olup elektrostatik toz fırın boya ile boyanmış, mavi renkte olmalıdır.
5. Dolaplar devrilmeden üst üste yerleştirilebilecek yapıda olmalı ve hali hazırda laboratuvarımızda kullanılan dolaplarla tam uyumlu olmalıdır.
6. Dolap ölçüleri 43x50x63 cm olmalıdır.
7. Çekmecelerde kullanım kolaylığı sağlayacak tutma kolu olmalıdır.
8. Üzerinde blok takibini kolaylaştıracak etiketlik bulunmalıdır.
9. Çekmeceler kendi rayında rahatlıkla hareket edebilmeli, herhangi bir noktaya takılma ya da zorlanma oluşmamalıdır.
10. Çekmecelerin raylarında kilit mekanizması bulunmalı bu sayede en sonuna kadar çekilen çekmece yerinden çıkmamalıdır.
11. Ayakları düzgün olup, dolap sabit durmalıdır.
12. Dolap 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
13. Dolaplar taşınırken çizilmeye ve yıpranmaya karşı orijinal ambalaj malzemesiyle paketlenmiş olmalı, paketler üzerine dolaba ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi bulunmalıdır.
14. Firma, dolapları Tıbbi Patoloji Laboratuvarı arşivine yerleştirmelidir.

## PATOLOJİ LAM ARŞİV DOLABI

1. Patoloji laboratuvarında lamaların arşivlenmesi amacıyla kullanılacaktır.
2. Bir dolap 10 üniteli olmalı ve her ünite 12 çekmeceli olmalıdır.
3. Her çekmece 180-220 lam kapasiteli olmalıdır.
4. Dolap en az 0,80 mm DKP sacdan üretilmiş olup elektrostatik toz fırın boya ile boyanmış, mavi renkte olmalıdır.
5. Her ünite üst üste yerleştirilebilmelidir ve hali hazırda laboratuvarımızda kullanılan dolaplarla tam uyumlu olmalıdır.
6. Dolap boyutları 43x42x130 cm olmalıdır.
7. Çekmecelerde kullanım kolaylığı sağlayan tutma kolu bulunmalıdır.
8. Üzerinde lam takibini kolaylaştıracak etiketlik bulunmalıdır.
9. Çekmeceler kendi rayında rahatlıkla hareket edebilmeli, herhangi bir noktaya takılma ya da zorlanma oluşmamalıdır.
10. Çekmecelerin raylarında kilit mekanizması bulunmalı bu sayede en sonuna kadar çekilen çekmece yerinden çıkmamalıdır.
11. Her 10 kat için ayak ve kapak takımı verilmelidir.
12. Ayakları düzgün olup, dolap sabit durmalıdır.
13. Dolap 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
14. Dolaplar taşınırken çizilmeye ve yıpranmaya karşı orijinal ambalaj malzemesiyle paketlenmiş olmalı, paketler üzerine dolaba ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi bulunmalıdır.
15. Firma, dolapları Tıbbi Patoloji Laboratuvarı arşivine yerleştirmelidir.

D. Uğur İnan  
Dip. Tes. No : 152356



Uzm. Dr. Yüksel ULU  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No : 91740  
