



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

15/11/2019 15:16 - 52446582 - 949 - E.736



00105941317

Sayı : 35277066-949

Konu : GASTROSKOPİ CİHAZI TAMİRİ İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**20 / 11 / 2019**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Havva YÜKSEK

İdari ve Mali İşler Müdür V.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	GASTROSKOPİ TAMİRİ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı Bilgi için 0530 079 24 16
Fuji marka EG530WR model

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



KİLİS DEVLET HASTANESİ
ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU



CIHAZIN ADI	FLEXİBLE GASTROSKOPI CIHAZI	
MARKASI VE MODELİ	FUJİ	EG530WR
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	04.11.2019	
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2015	
KÜNYE NO/EDİNİM PİYATI	1012424383	
CIHAZ SERİ NO	2G361K073	
CIHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	-	
CIHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	ENDOSKOPI	
ARIZA AÇIKLAMASI		
CIHAZ HAREKET MEKANİZMASI ÇALIŞMIYOR		
SERVİS SORUMLUSU Handan Cetin (Aensine)		
YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR		
YAPILAN İNCELEME SONUCU CIHAZIN UP-DOWN MEKANİZMASININ ÇALIŞMADIĞI VE GÖRÜNTÜDE ARTEFAKTLAR VE PARLAMALAR OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. IŞIK FİBERLERİNDE HERAHNGI BİR SORUNA RASTLANMAMIŞTIR.		
GEREKLİ MALZEMELER		
1-		
2-		
3-		
<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı	
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateölyede tamiri mümkün değil	
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında	
	 Endo TIRYAKI Biyomedikal Mühendisi	 Necit BAYRAM Biyomedikal Fak.