



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

06/12/2019 15:59 - 52446582 - 949 - E.773



00107500612

Sayı : 35277066-949

Konu : Fiber Işık Kaynağı Kablosu ve Gaz Hortumu Alımı İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**12 / 12 / 2019**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI
İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	GAZ HORTUMU	1	ADET		
2	FİBER OPTİK KABLO	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden fc4db916-c664-4e42-89ae-2c6c5ae641e1 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

**FİBER İŞIKKAYNAĞI KABLOSU VE GAZ HORTUMU TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

2019

GAZHORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.HASTANEMİZDE BULUNSN STRYKER PNEUMO SURE CİHAZA UYGUN OLMALIDIR.
- 2.FLASH OTOKLAVA ETİLEN OKSİDEVE SIVI STERİLİZASYONA DAYANIKLI OLACAKTIR.
- 3.STERİLİZASYON ÖMRÜNÜ GÖSTEREN ÜRÜN ÜZERİNDE KOPARILABİLİR ŞERİTLER OLACAKTIR.
- 4.ÜRÜN KULLANICI HEKİM TARAFINDAN KULLANILIP ÖYLE ONAY VERİLECEKTİR.
- 5.UÇ KISIMLARI HER TÜRLÜ TROKARA UYGUN OLACAKTIR.
- 6.VÜCUT SICAKLIĞINDA (37 C)GAZI ISITARAK VERECEK MEKANİZMAYA SAHİP OLACAKTIR.
- 7.İNSÜFLATÖR HORTUMU HER HANGİ BİR ALET GEREKMEDEN CİHAZA KOLAYCA TAKILIP ÇIKARILABİLECEKTİR.
- 8.MALZEMELER İMALAT HATALARINA KARŞI EN AZ İKİ YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 9.CİHAZ MALZEME TEKLİF EDEN İSTEKLİNİN ÇKYS DE VAR İSE T.C İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KAYITLI OLDUĞUNA VE TEKLİF EDİLEN CİHAZIN T.C İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLDUĞUNA DAİR BELGE TEKLİFLERİN EKİNDE BULUNMALIDIR.

Op. Dr. Mehmet Ali Melik
Başhekim Yardımcısı
Kilis Devlet Hastanesi


Dr. Mehmet Ali Melik

FİBER İŞİK KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.HASTANEMİZDE BULUNAN STRYKER ENDOSCOPY L9000 LED LIGHTSOURCE _YE UYUMLU OLMALIDIR.
- 2.HASTANEMİZDE BULUNAN STRYKER OPTİKLERE UYUMLU OLMALIDIR.
- 3.MALZEME KULLANICI HEKİM TARAFINDAN VAKADA KULLANILIP ÖYLE ONAY VERİLECEKTİR.
- 4.YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI OTOKLAVA GİRMESİNDE SIKINTI ÇIKARMAMALIDIR.
- 5.UZUNLUĞU 300 cm (-2,+2)boyunda,5 mm (-1,+1)çapında ve elastik yapıda olacaktır.
- 6.MALZEME İMALAT HATALARINA KARŞI EN AZ İKİ YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
- 7.CİHAZ MALZEME TEKLİF EDEN İSTEKLİNİN ÇKYS DE VAR İSE T.C İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KAYITLI OLDUĞUNA VE TEKLİF EDİLEN CİHAZIN T.C İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLDUĞUNA DAİR BELGE TEKLİFLERİN EKİNDE BULUNMALIDIR.

Op. Dr. Mehmet Ali KILIÇ
Başhekim Yardımcısı
Kilis Devlet Hastanesi

(Handwritten signature)