



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

19/12/2019 10:21 - 52446582 - 949 - E.808



00108319841

Sayı : 35277066-949

Konu : ANASTEZİ ATIK GAZ MOTORU TAMİRİ VE KURU HAVA BASINÇ GÖSTERGE KARTI ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**23/12/2019**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	MERKEZİ BASINÇLI KURU HAVA TAMİRİ	1	ADET		
2	ANESTEZİ ATIK GAZ MOTORU TAMİRİ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



KİLİS DEVLET HASTANESİ
ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU



CİHAZIN ADI	MERKEZİ BASINÇLI HAVA KURUTUCU ÜNİTE
MARKASI VE MODELİ	
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	16.12.2019
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2007
KÜNYE NO/EDİNİM FİYATI	-
CİHAZ SERİ NO	-
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :	-
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	TEKNİK SERVİS

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZ ÇALIŞMIYOR

SERVİS SORUMLUSU

Emin TIRYAKI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

HASTANEMİZ MERKEZİ GAZ SİSTEMİNDE KULLANILAN BASINÇLI KURU HAVA ÜNİTESİNDEKİ KİMYASAL TİP KURUTUCU ÜZERİNDE BULUNAN **BASINÇ GÖSTERGE KARTI** ARIZALANMIŞ OLUP DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
2- X
3- X

Arıza Yapıldı

Malzeme Talebi

X

Atölyede tamiri mümkün değil

Garanti kapsamında

Emin TIRYAKI
Biyomedikal Mühendisi

Mecit BAYRAM
Biyomedikal Tek.



KİLİS DEVLET HASTANESİ
ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU



CİHAZIN ADI	ANESTEZİ GAZ ATIK MOTORU	
MARKASI VE MODELİ		
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	16.12.2019	
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2007	
KÜNYE NO/EDİNİM FİYATI	-	
CİHAZ SERİ NO	-	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	AMELİYATHANE - ANESTEZİ	
ARIZA AÇIKLAMASI		
CİHAZ ÇALIŞMIYOR		
SERVİS SORUMLUSU	 Emin TIRYAKI KİLİS DEVLET HASTANESİ Biyomedikal Mühendisi	
YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR		
AMELİYATHANE ÜNİTESİNDE KULLANILAN ANESTEZİK GAZLARIN TAHLİYESİ İÇİN KULLANILAN VAKUM MOTORU ARIZALANMIŞTIR. TEKNİK SERVİS İMKANLARIYLA TAMIRI MÜMKÜN DEĞİLDİR.		
GEREKLİ MALZEMELER		
1-	X	
2-	X	
3-	X	
<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı	
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil	
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında	
 Emin TIRYAKI Biyomedikal Mühendisi		 Mecit BAYRAM Biyomedikal Tek.