



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

19/12/2019 10:19 - 52446582 - 949 - E.803



00108342573

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM DEFİBRİLLATÖR TAMİR İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **24.12.2019** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

**e-İmzalıdır.**

**Mehmet TATLICI**

**İdari ve Mali İşler Müdürü**

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	DEFİBRİLLATÖR ARIZASI <b>NIHON KOHJEN TEC-5621</b>	1	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

**Detaylı Bilgi = EMM TIRYAKI 0530 079 24 16**

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)



**KİLİS DEVLET HASTANESİ**  
**ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU**



CIHAZIN ADI	DEFİBRİLLATÖR ARIZASI	
MARKASI VE MODELİ	NIHON KOHDEN	TEC-5621
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	10.12.2019	
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2016	
KÜNYE NO/EDİNİM FİYATI	1011817615	
CIHAZ SERİ NO	00073	
CIHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :	KAŞIKAR	
CIHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	ACIL SERVİS	
<b>ARIZA AÇIKLAMASI</b>		
CIHAZ EKG DERİVASYONLARINI GÖRMÜYOR		
SERVİS SORUMLUSU		
<b>YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR</b>		
YAPILAN İNCELEME SONUCU CIHAZIN ÜZERİNDEKİ EKG GİRİŞ SOKETİ PINLERİ KIRILMIŞ OLUP TAMİRİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. EKG GİRİŞ SOKETİ MODÜLÜ DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.		
<b>GEREKLİ MALZEMELER</b>		
1-		
2-		
3-		
<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı	
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil	
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında	
 Emin TIRYAKI Biyomedikal Mühendisi		 Mecit BAYRAM Biyomedikal Tek.