



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

23/12/2019 16:11 - 52446582 - 949 - E.818



00108598954

Sayı : 35277066-949

Konu : SPİRAL TAŞ ÇIKARMA ÜRÜNÜ VE ELİSA PLAĞI ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 26.12.2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adi geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdür V.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	U TABANLI 96 LİK PLATE (Mikrotitrasyon)	500	ADET		
2	STONE CONE (NİTİNOL ÜROLOJİK TAŞ ÇIKARMA KOİLİ)	8	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

**MİKROTİTRASYON (ELISA) PLAĞI** - U tabanlı plate

1. Plak 96 kuyucuklu U tabanlı olmalıdır.
2. Üzeri kapaklı olmalıdır.
3. Plaklar steril olmalı ve tekli paketlerde bulunmalıdır.
4. Nonsitotoksik ve polistiren olmalıdır.
5. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
6. Standart ELISA okuyucuları ile uygun boyutta olmalıdır.
7. Yüklenici firma numune gönderilmelidir ve numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
8. Malzemenin UBB kaydı olmalıdır ve belgeler firma tarafından ihale dosyasında sunulmalıdır.

**MALZEME LİSTESİ VE İSTENEN MİKTARLAR**

Malzeme adı	Birim miktarı	İstenen Miktar
<del>Brucella Rose Bengal Testi</del>	<del>10 ml'lik cam şişe (200 testlik)</del>	<del>10 şişe</del>
<del>Brucella Tüp Aglütinasyon testi</del>	<del>50 ml'lik cam şişe</del>	<del>5 şişe</del>
Mikrotitrasyon (ELISA) Plağı	96 Kuyucuklu plate	500

Uzm. Dr. Mustafa KULA  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127820

Uzm. Dr. Akın AKGÜL  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127855

Uzm. Dr. Ahmet SÖNMEZ  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No : 103503

## STONE CONE NİTİNOL SİRİRAL TAŞ ÇIKARMA ÜRÜNÜ

1. Nitinol, gövde telin dış çapı 3.0 fr., uzunluğu 115±5cm, spiral kısmın dış çapı 6- 10 mm olmalıdır.
2. Holmium lazere dayanıklı olmalı, en fazla 5 cm'lik ucu filiform olmalıdır.
3. Uç kısmı tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan rahat görülmesini sağlayacak şekilde çizgili olmalıdır.
4. Çıkarılıp tekrar takılabilen tutma mandalı olmalıdır.
5. Kateterin dış yüzeyi PTFE materyalden yapılmalıdır.

Op.Dr. Eyyüp KOLUŞ  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Üroloji Uzmanı  
Din. Tes. No: 156341/23969

Op.Dr. Erbay TİMİR  
Kilis Devlet Hastanesi  
Üroloji Uzmanı  
Din. Tes. No: 162755