



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

25/12/2019 13:27 - 52446582 - 949 - E 821



00108789345

Sayı : 35277066-949

Konu : Hemodiyaliz FRESANIUS Su Arıtma-Yumuşatma-Ro Sistemi 1 Yıllık Bakım İşİ

### TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **31 / 12 / 2019 günü saat 14: 00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

#### İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019-2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) iş günü içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklifler kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklif dikkate alınmayacaktır.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya **[kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.
9. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.

e-imzalıdır.

**İrfan KÜÇÜKOĞLU**  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.V.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FRESANIUS Su Arıtma-Yumuşatma-Ro Sistemi Bakımı (2020 yılı için ayda bir bakım kontrol ve 3 ayda bir dezenfeksiyon)	12	Bakım			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						

**FRESENIUS MARKA RO SİSTEMİ VE BU SİSTEME BAĞLI ÖN ARITIM SİSTEMİ**  
**PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ**  
**(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARİÇ, İSTİSNA PARÇALAR HARİÇ)**  
**TEKNİK SARTNAMESİ**

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Bölümünde kullanılmakta olan Fresenius marka 1002536384 künye numaralı su arıtma sistemi 2020 yılı Periyodik Bakım Onarım (yedek parça /mal alım hariç, istisna parçalar hariç) işini kapsayan teknik şartname.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Firma cihazın yedek parça hariç bakım ve onarım işlerini sözleşme süresi boyunca ifa edecektir.
2. Bakım işlemleri ünite çalışanlarını etkilemeyecek şekilde, Periyodik Bakımlar, Birim Sorumlusu ve firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih ve saatte yapılacaktır. Ancak elde olmayan nedenlerle bir değişiklik yapılması gerekirse, en az bir hafta önceden bildirilecektir.
3. Bakım, Onarım hizmetleri Birimin çalışma saatlerine uygun olmalıdır. Her türlü servis hizmeti mesai saatleri içinde Pazartesi-Cuma günleri 8.30-17.30 saatleri arasında (resmi tatil ve bayramlar hariç) verilecektir.
4. Ayda 1 bakım ve kontrol, 3 ayda bir dezenfeksiyon yapılacaktır.
5. Firma yaptığı her bakım ve onarım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastane idaresinin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir. Servis formunda cihaza ait künye numarası bulunacak ve birim sorumlusunun imzası olacaktır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri gösterilecektir.
6. Bakım - Onarım işini üstlenecek olan firma "Tıbbi su arıtma sistemlerinin bakım onarımı" ile ilgili ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.
7. Bakım - Onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim almış sertifikalı personel olmalıdır.
8. Bakım yapacak olan firma teknik personelinin cihaza bakım yapabilme yetkisinin olduğuna dair gerekli sertifika /belge bulunmalıdır.
9. Firma cihazların bakımları esnasında yapılan işlemler ve kalite kontrol ölçüm sonuçları rapor içerisinde bulunmalıdır. İdare'ye her bakımın ve arızanın sonunda teslim etmekle yükümlüdür.
10. Bakım Onarım işinde kullanılan ölçü aletlerinin seri numaraları, her hizmet sonrası tutulacak teknik servis raporunda belirtilmelidir.

F. TIRYAK  
KILIS DEVLET HAST  
Biyomedikal Müt

Dr. İ. Hakkı GÜRBÜZ  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Merkezi Sorumlu Hekim  
Dip.No: 581 - Dip. Tes. No: 690\*5  
Sertifika No: 1384

Sefa KARPINAR  
Kilis Devlet Hastanesi  
Diyaliz Teknikeri

Abdullahman OKUNAROL  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Teknisyeni  
Sağlık Memuru

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

11. Cihazda meydana gelen herhangi bir arıza durumunda birim tarafından firmaya telefon, fax veya email olarak bildirdikten sonra firma en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde müdahale edecektir. Parça gerektirmeyen durumlarda cihaz en geç 3 (üç) iş günü içerisinde çalışır duruma getirilecektir. Parça gereksinimi konusunda idarenin parça teminine müteakip en geç 3(üç) gün içerisinde çalışır duruma getirilecektir.
12. Parça gereksinimi durumunda idarenin parçayı temin etmesi veya stoğunda bulunması durumlarında, söz konusu parçanın bakım firması tarafından montajı yapılacak ve cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
13. İstenildiğinde teknik bilgi, destek ve gerekli doküman Biyomedikal/Diyaliz teknik personellerine verilecektir.

**Emin TIRYAKI**  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

**Dr. İ. Hakkı GÜRBÜZ**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Merkezi Sorumlulu Hekimi  
Dip. No. 1681, Dip. Tes. No. 69025  
Sertifika No. 1384

**Sefer KARPIÖZ**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Diyaliz Teknikeri

**Abdurrahman OKUNAKOL**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Merkezi Sorumlulu Hekimi  
Sağlık Memuru