



Sayı : 35277066-949

Konu : Hemodiyaliz AQUALINE Su Arıtma-Yumuşatma/Ro Sistemi 1 Yıllık Bakım İş

### TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **31 / 12 / 2019 günü saat 14: 00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

#### İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019-2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) iş günü içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklifler kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklif dikkate alınmayacaktır.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.
9. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.

e-İmzalıdır.  
**İrfan KÜÇÜKOĞLU**  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.V.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	AQUALINE MARKA SU ARITMA-YUMUŞATMA/RO SİSTEMİ BAKIMI (2020 yılı için ayda bir bakım kontrol ve 3 ayda bir dezenfeksiyon)	12	Bakım			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						

**AQUALINE-ALFA MARKA RO SİSTEMİ VE BU SİSTEME BAĞLI ÖN ARITIM SİSTEMİ**  
**PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ**  
**(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARIÇ, İSTİSNA PARÇALAR HARIÇ)**  
**TEKNİK SARTNAMESİ**

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Bölümünde (bodrum katta bulunan yumuşatma ve RO sistemi) kullanılmakta olan Aqualine marka ve Alfa Series (Koroner Yoğun Bakımda bulunan sadece RO sistemi) 1010041570 ve 1012536384 künye numaralı su arıtma sistemleri 2020 yılı Periyodik Bakım Onarım (yedek parça /mal alımı hariç, istisna parçalar hariç) işini kapsayan teknik şartname.

**B)TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Firma cihazın yedek parça hariç bakım ve onarım işlerini sözleşme süresi boyunca ifa edecektir.
2. Bakım işlemleri ünite çalışanlarını etkilemeyecek şekilde, Periyodik Bakımlar, Birim Sorumlusu ve firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih ve saatte yapılacaktır. Ancak elde olmayan nedenlerle bir değişiklik yapılması gerekirse, en az bir hafta önceden bildirilecektir.
3. Bakım, Onarım hizmetleri Birimin çalışma saatlerine uygun olmalıdır. Her türlü servis hizmeti mesai saatleri içinde Pazartesi-Cuma günleri 8.30-17.30 saatleri arasında (resmi tatil ve bayramlar hariç) verilecektir.
4. Ayda 1 bakım ve kontrol, 3 ayda bir dezenfeksiyon yapılacaktır.
5. Firma yaptığı her bakım ve onarım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastane idaresinin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir. Servis formunda cihaza ait künye numarası bulunacak ve birim sorumlusunun imzası olacaktır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri gösterilecektir.
6. Bakım - Onarım işini üstlenecek olan firma "Tıbbi su arıtma sistemlerinin bakım onarımı" ile ilgili ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.
7. Bakım - Onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim almış sertifikalı personel olmalıdır.
8. Bakım yapacak olan firma teknik personelinin cihaza bakın yapabilme yetkisinin olduğuna dair gerekli sertifika /belge bulunmalıdır.
9. Firma cihazların bakımları esnasında yapılan işlemler ve kalite kontrol ölçüm sonuçları rapor içerisinde bulunmalıdır. İdare'ye her bakımın ve arızanın sonunda teslim etmekle yükümlüdür.
10. Bakım Onarım işinde kullanılan ölçü aletlerinin seri numaraları, her hizmet sonrası tutulacak teknik servis raporunda belirtilmelidir.

**Emir TIRYAKI**  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

**Dr. Hakan GÜRBÜZ**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi  
Dip.No.1581 / Dip.Tes.No.69085  
Sertifika No.1384

**Sağ. K. K. K.**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Teknisyeni

**Abdurrâhman OKURAKOL**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Teknisyeni  
Başlık Memuru

**Dr. Abdülkadir KILIÇ**  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Dip.Tes.No.103765028  
Diyaliz Sancağı No. 708

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

11. Cihazda meydana gelen herhangi bir arıza durumunda birim tarafından firmaya telefon, fax veya email olarak bildirdikten sonra firma en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde müdahale edecektir. Parça gerektirmeyen durumlarda cihaz en geç 3 (üç) iş günü içerisinde çalışır duruma getirilecektir. Parça gereksinimi konusunda idarenin parça teminine müteakip en geç 3(üç) gün içerisinde çalışır duruma getirilecektir.
12. Parça gereksinimi durumunda idarenin parçayı temin etmesi veya stoğunda bulunması durumlarında, söz konusu parçanın bakım firması tarafından montajı yapılacak ve cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
13. İstenildiğinde teknik bilgi, destek ve gerekli doküman Biyomedikal/Diyaliz teknik personellerine verilecektir.

**Emin TIRYAKI**  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

**Dr. İ. Hakkı GÜRBÜZ**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi  
Dip. No. 1581 - Dip. Tes. No. 69085  
Sertifika No. 1384

**Sefa KARPINAR**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Diyaliz Teknikeri

**Dr. Abdurrahman OKUNAKOL**  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Dip. No. 51-937/66028  
Diyaliz Sertifika No. 708

**Abdurrahman OKUNAKOL**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Teşvikiyesi  
Sağlık Memuru