



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

27/01/2020 16:06 - 52446582 - 949 - E 55



00111124745

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM EEG CİHAZI İÇİN ELEKTROD SETİ ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 31/01/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

**İRFAN KÜÇÜKOĞLU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	EEG DİSK ELEKTROD SETİ	5	ADET		
			<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

## EEG CİHAZI İÇİN DİSK ELEKTROD SETİ ŞARTNAMESİ

- 1- Elektrodlar Nihon Kohden Marka EEG cihazında kullanılacaktır.
- 2- Elektrodlar orjinal ambalajında,hiç kullanılmamış olmalıdır
- 3- Cihaz üreticisi tarafından cihazda kullanılmaya uygunluk verilmiş olmalıdır
- 4- Elektrodların uzunluğu 1.5m az olmamalıdır.
- 5- Elektrodların bağlantı kısımları disk şeklinde ve ortası delikli olacaktır.
- 6- Elektrodlarının disk bağlantı kısımları iyi iletim için gümüş alaşımli olacak ve üzeri plastik gibi herhangi bir madde ile kaplanmamış olacaktır.
- 7- Elektrodların soket kısmı cihaza tam uyumlu olacak,boşluk olmayacaktır
- 8- Elektrod kabloları uzun süreli kullanımlara;eğilme,bükülme ve kıvrımalara dayanıklı olmalı kısa sürede deforme olmamalıdır.

Ali Can YALGIN



ALİ GEVİK

