



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/02/2020 11:15 - 52446582 - 949 - E.88



00111746246

Sayı : 35277066-949

Konu : DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**06 / 02 / 2020**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Abdullah YEDİLİOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI	3	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**DEFİBRİLLATÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU: Hastanemizde kullanılan life point marka plus model 1008607550, 1008504167, 1008606934 künye numaralı defibrillatörler için batarya alımına ait teknik özellikleri içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Bataryalar hastanemizde kullanılan life point marka plus model cihazlar için uyumlu ve şarj edilebilir olmalıdır.
2. Batarya, cihaz sürekli şarjda iken şişme, akma, patlama vs yapmamalıdır.
3. Batarya üzerinde şarj koruma entegresi olmalıdır.
4. Batarya 14.8 volt, 4400 mAh olmalıdır.
5. Batarya ebatları cihazın batarya yuvasına tam olmalıdır.
6. Batarya soketi cihaz soketiyle uyumlu olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün için numune değerlendirmesi cihazın üzerinde denenerek yapılacaktır. Bu şekilde uygunluğuna karar verilecektir.
8. Bataryalar en az 6 (altı) ay garantili olacaktır.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

(21.01.2020)

Esmen Aşon
Hemşire Cemal - 3
(21.01.2020)