



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/02/2020 11:08 - 52446582 - 949 - E 83



00111703923

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM AMELİYATHANE TERLİĞİ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **14.02.2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün ve kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Abdullah YEDİLİOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TERLİK AMELİYATHANE İÇİN	120	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

AMELİYATHANE TERLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek parçadan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün anti-statik olmalı ve anti-statik özelliği mamülün tüm yüzeyinde mevcut olmalıdır.
3. Terlik iç taban yüzeyi pütürsüz düz zemin olmalı, ortopedik, ayağın havalandırılması amacıyla iç kamara bölgesinde havalandırma havuzları bulunmalıdır.
4. Ürünün ayna altı bölümünde terlemeyi önleyici direkt teması engelleyen tepecikler bulunmalıdır.
5. Ürün üretim hatalarına karşı en az 2 yıl süreli garanti kapsamında olmalıdır.
6. Terlik ayna üstünde kan, ifrazat gibi sıvıların girmemesi için delik bulunmamalıdır.
7. Taban üst kenarında havalanmayı sağlayan karşılıklı delikler bulunmalı, terlik ayna kısmına dökülen sıvıların taban üst deliklerinden terlik içine sızmasını engeller özellikte imal edilmiş olmalıdır.
8. Terliklerde en az 3 ayrı renk seçimi yapılabilmelidir.
9. Ürün ultraviole ve gamma ışınlarına dayanıklı olmalıdır.
10. Terlik üzerinde ürünün anti-statik olduğu, numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır.
11. Terlik 134 derecede, otoklav sterilizasyon süresinde sterilize edilebilmelidir.
12. Terlik numaraları ve renkleri personelin örnek terlikleri denemesinden sonra bildirilecektir.
13. ~~Terlik üzerinde kurumun tercih ettiği logo, isim vs. kabartma şeklinde yazılabilmelidir.~~
14. Otoklav ve yıkamadan dolayı kabartma şeklinde yazılan yazılar hiçbir suretle etkilenmemeli ve silinmemelidir.
15. Ürün numune üzerinde değerlendirilip öyle karar verilecektir.

13. Madde Şartname-
den çıkarılmıştır.

Mehmet Fatih YILMAZ
16.01.2020.

Dr. Mustafa AYMEK
Klinik Yrd. Doç. Dr.
Klinik Yrd. Doç. Dr.