



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/03/2020 12:03 - 52446582 - 949 - E 167



00113878761

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM DUVARA MONTE UV HAVA STERİLİZASYON ARMATÜRÜ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **06.../03.../2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Abdullah YEDİLİOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ULTRAVİOLE STERİLİZASYON CİHAZLARI, ULTRAVİOLE OPTİK HAVA STERİLİZASYON CİHAZI	4	ADET		
				TOPLAM(KDV HARIÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

**DUVARA MONTE UV ARMATÜR (HAVA STERİLİZASYON ARMATÜRÜ)VE 30 WATT UV
LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Ultra Viole (UV) Lamba 220 Volt-50 Hz şehir ceryanında çalışabilmelidir.
- 2.UV Lamba 254±5 nanometre dalga boyunda ışımaya yapan 30 W gücünde olmalıdır.
- 3.UV Lamba; armatürü, elektronik aksamı ile bir bütün olmalıdır.
- 4.Oda içi doğrudan hava ve dolaylı (indirekt) hava dezenfeksiyonu sağlanabilmelidir.
- 5.Uzun ömürlü (en az 8000 saat) UV-C tipi lamba olmalıdır.
- 6.Reflektörü üst hava dezenfeksiyonu sağlamaya yönelik, direkt ışımaya engel oluşturacak tarzda, cihazın altından ve yanlarından ışın sızmasına engel olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 7.Açma kapama düğmesi, lambanın yandığını gösteren ışıklı led olmalıdır.
- 8.Lamba yerden 210cm yukarıda duvara veya doğrudan tavana askı şeklinde ve oda içi en az 1.87 W/metrekaare etkinliğe sahip olacak şekilde monte edilmelidir.
- 9.En az 2 yıl garantisi, garanti belgesi ve Türkçe teknik özellikleri ilgili kataloğu bulunmalıdır
10. Cihaz poliklinik şartlarında kullanıma uygun olmalı, çalışan sağlığını korumaya yönelik lamba arkaları yansıma yapmayan malzeme ile kaplanmalıdır.
- 11.Ürünün montajı sırasında yüklenici firma tarafından lambaların güvenilirliği ve etkinliği UV-Metre ile ölçülerek teslim edilmelidir
13. UVC armatür ve UVC lambaların CE belgeleri sunulmalıdır.

Uz. Dr. Erol TÜRKANMEZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Göğüs Hast. ve Tüberküloz Uzm.
Dip. No: 73519

Uz. Dr. Alioaddin AY
KILIS DEVLET HASTANESİ
Göğüs Hast. ve Tüberküloz Uzm.
Dip. No: 7667-İht. No: 70417-73883

Uz. Dr. HANİ ÇELİK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Göğüs Hast. ve Tüberküloz Uzm.
Dip. No: 145077

SFT HANCI
(Signature)